

Số: 29/YCBG-TTYT

Thanh Thủy, ngày 27 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Thị Thoa – Trưởng phòng Tài chính- Kế toán
Điện thoại: 0987385368
Email: thoakttt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: một trong các cách thức sau:
 - Gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính- Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
 - Hoặc Email: thoakttt@gmail.com hoặc ttyt.thanhthuy@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 09 tháng 10 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Khí AirMAC - Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết $\geq 99,9995\%$ - H ₂ O < 3 ppm; N ₂ < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích $\geq 8l$ - Kích thước: $\geq 159 \times 8 \times 615$ (mm) - Kích thước bao gồm nắp: $\geq 159 \times 8 \times 730$ (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: $\geq 250Bar$ - Áp suất khí nén khi đầy: $\geq 130bar$ - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): ≥ 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI	30	Bình

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-VTTYT, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 2 bên hoàn thành việc nghiệm thu hàng hoá và đưa vào sử dụng, hoàn tất các thủ tục giấy tờ hợp lệ.

4. Các thông tin khác:

- Hàng hóa báo giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu tại mục I hoặc tương đương (nếu thông số kỹ thuật tương đương có thuyết minh cụ thể và đảm bảo tính đồng bộ của hàng hóa báo giá).

- Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu

mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Kính mời nhà cung cấp có đủ điều kiện gửi báo giá đến Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGĐ (báo cáo);
- Website Trung tâm (đăng tải);
- Lưu VT, TCKT, KD-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Đoàn